

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: prof. Ing. Marek Turčáni, děkan FLD
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Pořízení chladicích a mrazicích zařízení pro laboratoře FLD

Část C – Mrazicí box (- 86 °C)

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vnitřní prostor rovnoměrně rozdělený na 5 samostatných částí – 5 vnitřními dveřmi a 4 vnitřními nerezovými policemi - bude zadavatel akceptovat 4 samostatné sekce a 2 vnitřní dveře uzavírající vždy 2 sekce?

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel trvá na uvedených specifikacích.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

LED displej na předních dveřích zobrazující aktuální teplotu uvnitř prostoru na min. jedno desetinné místo - bude zadavatel akceptovat moderní LCD dotykový displej se zobrazením teploty, vnitřní paměť a možností monitorovat průběhy teplot, alarmy atd.?

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Toto řešení bude zadavatel akceptovat, jelikož se nevylučuje s uvedenými specifikacemi. Uvedené řešení není v rozporu s nastavenými parametry, tedy zadavatel nemění technickou specifikaci veřejné zakázky.

Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změny.

V Praze dne 3. 4. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky