

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát
Zastoupený: prof. Ing. Marek Turčáni, děkan FLD
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Pořízení zařízení pro testování dřevěných konstrukcí

Část A – Komorová sušárna

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Bude zadavatel akceptovat sušárnu o vnitřním objemu 161 l a vnitřních rozměrech šířka x výška x hloubka 560 mm x 720 mm x 400 mm a vnějších rozměrech šířka x výška x hloubka 745 mm x 1107 mm x 584 mm?

Požaduje zadavatel sušárnu s ventilátorem nebo bez ventilátoru?

Pokud bude zadavatel požadovat sušárnu s ventilátorem budou akceptovány tyto rozměry sušárny?
vnitřní rozměry šířka x výška x hloubka 560 mm x 720 mm x 361 mm
a vnější rozměry šířka x výška x hloubka 745 mm x 1107 mm x 584 mm

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Zadavatel akceptuje sušárnu o vnitřním objemu 161 l, jelikož se nevylučuje s uvedenými specifikacemi. Dále zadavatel požaduje sušárnu s ventilátorem a současně upravuje přílohu č. 2 Technická specifikace takto:

Technické požadavky:

Vnější rozměry sušárny se musí pohybovat v následujících mezích:

šířka 0,7 – 1,2 m
výška 0,8 – 1,2 m
hloubka 0,5 – 0,8 m

Vnitřní rozměry sušárny se musí pohybovat v následujících mezích:

šířka 0,5-0,9 m
výška 0,6-0,8 m
hloubka 0,3-0,8 m

Zadavatel sděluje, že vzhledem k dotazům rozhoduje v souladu s výše uvedeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do **20. 5. 2019 do 10:00 hod.**

V Praze dne 7. 5. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky