

Technický parametr	Požadovaná hodnota
2ks Termokamer	Termokamera musí splňovat: • Rozlišení senzoru min. 120 x 90 px • Teplotní rozsah min. v rozmezí od - 20°C do +250°C • Teplotní citlivost < 0.15°C • Velikost displeje min. 3 palce • Musí mít integrovanou wifi • Doba provozu musí být min. 3,5 hod. bez nutnosti nabití • Fotografický záznam • Vnitřní paměť min. 500 snímků • Minimálně následující obrazové výstupy: ○ Reálný snímek ○ Termogram ○ Prolnutí termogramu a reálného snímku, a to přímo v termokameře • Další požadované funkce jsou: ○ Prolnutí infračerveného a viditelného snímku ▪ Prokreslení viditelného snímku skrz infračervený a to se všemi jeho detaily, a to přímo v termokameře ○ Nastavení kritické minimální teploty pro zobrazení ○ Nastavení kritické maximální teploty pro zobrazení Ke každé kameře je též součástí předmětu plnění dodání: • Kalibračního certifikátu pro danou termokameru • Nabíječky • Pevného přepravního kufru • Softwarového vybavení pro zpracování výstupů z termokamery ○ editace/úprava snímků (termogramů) z termokamery ○ tvorba jednoduchých protokolů (zpráv o měření) ve formátu PDF či obdobném ○ export snímků z termokamery na disk počítače ○ klasifikace přehřívání elektrických spojů a komponent ○ zhodnocení rizika a nutnosti zásahu Všechny části musí být vzájemně kompatibilní.