

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 5. června 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení prostor k zajištění výuky**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosím o upřesnění technických specifikací položky č. 32 – věšáková konstrukce s háčky a tyčemi na ramínka oboustranná. Jsou zde rozměry uvedeny správně? Tedy šířka 900-1100 mm, výška 1700-2000 mm a hloubka 1300-1500 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, rozměry jsou uvedeny správně.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze