

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 12. června 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení prostor k zajištění výuky**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci uvádíte výšku sedáku 340-380 mm. Taková výška sezení je velice nízká a pro sedícího nepohodlná. Je opravdu tato výška myšlena od země k sedáku nebo je potřeba ještě připočítat výšku kříže?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, specifikace je správná, jedná se o výšku od země. Křesílko je takto nízké záměrně, něco na způsob terapeutických křesílek.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze