

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze, dne 25. června 2019

BLTS – 2 - VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mám dotaz k technické specifikaci předmětu plnění, části: Klimabox chlazený s ventilátorem (1 ks mikrobiologický chlazený inkubátor s ventilátorem).

Zde požadujete chlazení pomocí Peltierova článku a zároveň integrovaný ventilátor s nastavitelnými otáčkami. Nastavitelné otáčky však mohou být pouze u klasického chlazení. V případě chlazení prostřednictvím Peltierových článků nemůže být rychlost ventilátoru řízena. Zařízení má pouze malé ventilátory umístěné na Peltierových prvcích. Slouží k distribuci studeného nebo teplého vzduchu do interiéru.

Žádám zadavatele, aby technické požadavky zvažil a požadavek na nastavitelné otáčky vypustil.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ventilátor se skutečně součástí chlazení a nelze jej regulovat a zadavatel tímto bod "Integrovaný ventilátor s nastavitelnými otáčkami" z technické specifikace vypouští.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Chtěl bych vznést pár dodatečných dotazů.

Část: Klimabox s ventilátorem

Požadujete vnější rozměry bez madla dveří max: 950 x 600 x 650 mm (v x š x h). Budete akceptovat vnější rozměry bez madla dveří 850 x 650 x 655 mm (v x š x h)?

Část: Sušárna stolní

Požadujete vnější rozměry sušárny 820-870 x 720-750 x 560-592 mm (v x š x h). Budete akceptovat

vnější rozměry sušárny 850 x 650 x 710 mm (v x š x h)?

Část: Sušárna velkoobjemová

Požadujete vnější rozměry sušárny 900-950 x 550-590 x 500-530 mm (v x š x h). Budete akceptovat vnější rozměry sušárny 850 x 590 x 620 mm (v x š x h)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Z důvodu možnosti uchycení germicidní lampy na více místech pro potřebu variability výzkumných aplikací ve vnitřním prostoru boxu a z důvodu zabránění nezbytného pracovního prostoru v případě navrhovaného řešení: "UV lampa volně umístitelná na pracovní plochu", zadavatel trvá na požadavku UV germicidní vnitřní lampy s magnetickým úchytem.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27.7.2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Jan Švára, advokát
Česká zemědělská univerzita v Praze