

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze, dne 26. června 2019

BLTS – 3 - VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Můžete prosím přesněji specifikovat kolonu, požadovanou pro systém gelové chromatografie?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Skleněná kolona

- Rozměry: průměr 1cm, délka 50 cm
- Nastavitelný koncový kus určující vnitřní objem gelu
- Plná kompatibilita s polárními (vodní pufr) i nepolárními rozpouštědly
- Frity o porositě minimálně 10 µm
- Pracovní tlak minimálně 600 psi (40 bar)
- Koncovky umožňující napojení na fitinky pro 0,45 mm kapiláry

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Rádi bychom podali nabídku na gelovou chromatografii (2) ale bez nabídky na sběrač frakcí (3). Je to možné?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje gelovou chromatografii a sběrač frakcí jako jeden funkční celek, kde parametry v zadávací dokumentaci zaručují kompatibilitu obou částí, které budou trvale propojené.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 26.7.2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Jan Švára, advokát
Česká zemědělská univerzita v Praze