

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: prof. Ing. Marek Turčáni, děkan FLD
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Laboratorní centrifuga

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

V návaznosti na zveřejněné dokumenty k veřejné zakázce „Laboratorní centrifuga“ žádáme o vysvětlení čl. 4.3. kupní smlouvy:

„Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za provedení pozáručního servisu dle čl. 4.4 této smlouvy dle skutečně vyčerpaných hodin a služeb, přičemž faktura musí vždy předcházet vzájemné odsouhlasení provedení prací oběma smluvními stranami na základě pracovních listů, které budou přílohou faktury, a to ve výši **(doplní účastník)** Kč bez DPH ročně (předpokládaný objem prací 20 hodin/rok).“

- 1) Žádáme o specifikaci rozsahu pozáručního servisu – v čl. 4.4 kupní smlouvy není specifikováno.
- 2) Žádáme o vysvětlení, zda práce provedené v rámci pozáručního servisu dle čl. 4.3. kupní smlouvy budou fakturovány po oboustranném odsouhlasení provedení rozsahu prací po každém takovémto servisním zásahu nebo souhrnně jedenkrát za rok.
- 3) Současně žádáme o potvrzení, zda ve smlouvě čl. 4.3 zadavatel požaduje skutečně uvést částku za předpokládaný objem 20 hodin / rok, nikoli sazbu za hodinu.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

K výše uvedeným dotazům zadavatel sděluje:

- 1) Pozáručním servisem je míněno následující:
 - a. Prodávající se zavazuje po dobu životnosti přístroje odstranit vady zboží a poskytovat další služby s pozáručním servisem bezprostředně spojené, zejm. dodat potřebné náhradní díly, součásti a příslušenství a zajistit další činnosti ve smyslu záručního servisu.
 - b. Cena všech činností, které budou v rámci pozáručního servisu objednateli poskytovány, s výjimkou náhradních dílů, je určena hodinovou sazbou, uvedená v rámci nabídkové ceny prodávajícího.
 - c. Prodávající je povinen po dobu pozáručního servisu dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. O potřebě takových dodávek a jejich ceně je prodávající povinen informovat kupující bezodkladně poté, co potřeba takových dodávek vyjde najevo. Dodávku je možno učinit pouze se souhlasem kupujícího.
 - d. Pro pozáruční servis se v ostatním použijí ustanovení záručního servisu.

- 2) Práce provedené v rámci pozáručního servisu budou fakturovány po každém servisním zásahu.
- 3) Zadavatel požaduje uvést částku za hodinu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

Měli bychom následující dotazy k vypsané VZMR Laboratorní centrifuga pro ČZU:

Dotaz 1. : V technické specifikaci v Požadavcích na technické provedení centrifugy zadavatel uvádí :“ - Maximální rozměry: 450 x 700 x 320 (s uzavřeným víkem) mm (š x h x v)“. Bude zadavatel akceptovat výšku centrifugy s uzavřeným víkem 380 mm?

Dotaz 2.: V technické specifikaci v Požadavcích na technické provedení rotorů zadavatel uvádí :“ o fixní rotor na 8 x 50ml zkumavky“. Bude zadavatel akceptovat fixní rotor na 6 x 50 ml zkumavky? Nebo může být nabídnut rotor výkyvný s kapacitou na 8 x 50ml zkumavky?

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Zadavatelem plánované rozměry jsou maximální a nepřekročitelné. Důvodem je návaznost na další laboratorní vybavení v okolí centrifugy. Maximální rozměry tedy zadavatel měnit nechce, aby nenarušil koncepci celé laboratoře.

Specifikaci požadovaných rotorů zadavatel nebude měnit. Jedná se o rotory, které má vyzkoušené v USA a chce mít možnost dělat stejné vzorky, jako na zámořském pracovišti, se kterým chce spolupracovat. Proto nebude nabízené rotory akceptovat.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k dotazům a k jejich pozdějšímu zodpovězení rozhoduje v souladu s výše uvedeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do **12. 7. 2019 do 10:00 hod.**

V Praze dne 3. 7. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky