

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: VYBAVENÍ ZELENÉ STŘECHY HTP FLD II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 4

Část A Vážící lyzimetry

Zde se nic neopraví o půdně vlhkostních čidlech mimo vlastní lyzimetr!

Část B - PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ TOKŮ VODY, UHLÍKU A ENERGIE V SOUSTAVĚ PŮDA-ROSTLINA-ATMOSFÉRA

Zmiňuje 15 půdně vlhkostních čidel připojených k dataloggeru lyzimetru. Předpokládá se tedy, že obě části bude dodávat stejný dodavatel?

Část C

Předpokládá se přenosné zařízení („V rámci projektu střechy Hi-Tech Pavilonu bude tento **přenosný přístroj** měřit ...), nicméně v dodávce je požadován stojan. Dále se požaduje, že „výstupy musí být zobrazitelné v reálném čase v operačním systému Windows centrálního počítače, monitorujícího stav střechy Hi-Tech Pavilonu“ a zároveň že „Výstupy z přístroje musí být digitální a musí se ukládat do vnitřní paměti (pevná paměť nebo výměnná paměťová karta) přístroje a stahovat přes usb/wifi/bluetooth/IR nebo obdobné (stačí jeden z nich)“. Tyto nekompatibilní požadavky jsou skutečně platné zároveň?

Odpověď:

Ad část A: Ano, to je správně. Vlhkostní čidla mimo lyzimetr nemají být na lyzimetr připojena a nejsou relevantní. Zmínka lyzimetrů v části B vznikla chybou, viz níže.

Ad část B: Zadavatel sděluje, že text „připojených k dataloggeru lyzimetru“ zde zůstal nedopatřením. Ostatní text zůstává nezměněn. Naopak části A a části B mají být odděleně, aby je mohl, ale nemusel dodávat stejný dodavatel.

Ad část C: Součástí přenosného přístroje má být i přenosný stojan (tripod, úchyty), díky němuž lze měřící čidla upevnit do požadovaného rozmezí výšek v libovolném bodě, kde lze stojan postavit. Zadavatel nevidí v tomto zadání rozpor. Zadavatel sděluje, že podmínka „výstupy musí být zobrazitelné v reálném čase v operačním systému Windows centrálního počítače, monitorujícího stav střechy Hi-Tech Pavilonu“ bude vypuštěna.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k dotazům rozhoduje v souladu s výše uvedeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do **31. 7. 2019 do 9:00 hod.**

V Praze dne 10. 7. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky