

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 26. července 2019

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019 – II.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz k příloze č. 4 Technická specifikace: Bod 10. Požadujete, aby přístroj byl připojen do sítě pomocí Ethernet portu a přes Wifi a vybaven dvěma ethernet porty. Dotazujeme se, zda akceptujete přístroj vybavený jedním ethernet portem, kdy připojení do sítě je provedeno pomocí LAN/Ethernet kabelu. Předpokládáme existenci Ethernet portů v laboratoři a tedy možnost připojit přístroj do sítě.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel akceptuje i jeden plně funkční Ethernet/LAN port pro propojení přístroje s internetovou sítí.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Bod 14. Požadujete, aby byl přístroj vybaven 3 volnými USB porty, na které je možno zálohovat data. Dotazujeme, zda akceptujete, přístroj vybavený 2 USB porty pro zálohu dat. Předpokládáme, že 2 USB porty jsou dostatečné pro zálohu dat z plánovaných experimentů.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel akceptuje přístroj vybavený i jen plně funkčními 2 USB porty.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Bod 32. Dotazujeme, zda akceptujete stupně míchání pomocí elektromagnetického míchadla OFF – LOW – HIGH. Dle našich zkušeností není více stupňů intenzity míchání během extrakce zapotřebí a nepozorujeme negativní vliv na výtěžky extrakce.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Ano, zadavatel akceptuje přístroj s tímto nastavením rychlostí míchání, avšak s podmínkou, že účastník dodá spolu s přístrojem dokument (např. katalogový list), v němž budou přesně uvedeny rychlosti míchání (v otáčkách za min) a bude vždy zaručená stejná rychlost míchání při nastaveném stupni míchání (LOW – HIGH).

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 14. 8. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze