

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. srpna 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dovoluji si požádat o upřesnění vlastnosti níže uvedené položky na řádku 49 excelového souboru Příloha č. 4:

Plastové zamrazovací zkumavky s šroubovacím uzávěrem s vnějším šroubením pro skladování vzorků. Objem 5-6ml, Samostatně stojící

U uvedených zkumavek prosím o informaci, na jak nízkou teplotu se budou zamrazovat (-20°C; -80°C; -196°C)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jmenované zkumavky uvedené na řádku 49 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění se budou zamrazovat na maximálně -80°C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

prosím o zodpovězení dotazu k této zakázce:

1. Pro zakázku P19V00000192 je v informacích na webové stránce uveden termín pro podání nabídky 10.9. V zadávací dokumentaci (opravená verze) je v bodu 13. termín 5.9. Který datum je platný?
2. na řádku 22 přílohy č.4 - specifikace plnění u položky špičky 200ul bez filtru požadována délka 53mm, Bude akceptována špička o délce 52mm? Případně bude možná tolerance +- X%?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ad 1: Opravená zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 7. 8. 2019, a to z důvodu, že v čl. 1.1. zadávací dokumentace byl chybně uveden název zakázky. Prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10. 9. 2019 bylo provedeno až dne 16. 8. 2019, a to v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace,

příčemž v takovém případě se zadávací dokumentace resp. v ní uvedená lhůta pro podání nabídek nemění. V každém případě tedy platí vždy lhůta pro podání nabídky uveřejněná na profilu zadavatele.

Ad 2: Špička může být až o 3 mm kratší, tj. musí být v rozsahu 50 mm a 53 mm, ale musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf research plus.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vzhledem k tomu, že zadavatel z technických důvodů neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 do 3 pracovních dnů, prodlužuje v souladu s § 99 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek do 24. 9. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Martin Blažek
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze