

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4. září 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jakým způsobem bude zadavatel hodnotit splnění technických požadavků, jelikož v příloze č. 4 Specifikace plnění není žádná kolonka pro výrobce, objednávkové číslo produktu nebo pro odkaz na webové stránky výrobce/dodavatele?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel nově požaduje uvedení bližší specifikace nabízeného produktu účastníkem, a to ve formě uvedení konkrétního typu a výrobce, a to ve sloupci H upravené přílohy č. 4 – Specifikace plnění – kalkulační model. Tato upravená příloha č. 4 je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Účastník je povinen použít tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace pro účely doplnění potřebných údajů a vložení do nabídky. Zároveň zadavatel doplnil čl. 4.6. rámcové smlouvy, v němž je stanoveno, jakým způsobem by se během realizace plnění postupovalo v případě, že daný výrobek se přestane vyrábět. Přílohou tohoto vysvětlení je tedy též upravená příloha č. 1 – Rámcová smlouva.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Špičky 10ul bez filtru Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus 480000 ks. Máme následující dotaz: zda se nejedná o omyl, a specifikace neměla odpovídat položkám nad (ŠPIČKY 1000 ul bez filtru a ŠPIČKY 200 ul bez filtru), jelikož výrobce Eppendorf v této specifikaci tyto špičky nevyrábí. Specifikaci odpovídají stejné špičky s filtrem.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve specifikaci je chybně uveden požadavek „nízká retence“ – Zadavatel požaduje špičky 10μl bez filtru, PCR clean, bez DNA, a neobsahující DNázu / RNázu, maximální délka 35mm, dodávané v rámečcích umožňujících snadnou výměnu do krabičky. Zadavatel výslovně nepožaduje špičky Eppendorf, pouze

musí být kompatibilní – viz uvedená specifikace. Tento údaj je v upravené příloze č. 4 zadávací dokumentace opraven.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

ŠPIČKY 200ul s filtrem Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus 480000 ks. Se dodávají při dodržení specifikace špičky s filtrem o rozsahu objemu 2 až 100 ul. Bude zadavatel akceptovat tento rozsah objemu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel toto řešení bude akceptovat, jelikož filtr vložený do špičky snižuje pipetovatelný objem na 100ul, což splňuje zadavatelem požadované specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

U položek: Nitrilové rukavice (L) Pravolevé vyšetřovací rukavice velikosti L 20000 ks; Nitrilové rukavice (M) Pravolevé vyšetřovací rukavice velikosti M 20000 ks; Nitrilové rukavice (S) Pravolevé vyšetřovací rukavice Velikosti S 20000 ks. Zadavatel neuvádí, zda se jedná o rukavice zaprašované či nezaprašované? Poprosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje rukavice nezaprašované.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Petriho misky 60 mm Kulatá miska se třemi výstupky ve víčku. Sterilní. Průměr 60mm 25000 ks. Petriho misky 90 mm Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku. Sterilní. Průměr 90mm 25000 ks. Jaký způsob sterilizace má zadavatel na mysli? V mikrobiologické praxi se běžně používají misky aseptické (= „sterilizované“ postupem výroby). Nebo se dezinfikují kyselinou peroctovou. Nebo se sterilizují např. gama zářením. Poprosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel bude akceptovat misky aseptické, nebo sterilizované Gamma zářením (případně obojím najednou).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Mikrozkumavky (1.5ml) - typ eppendorf Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 1,5.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. 50000 ks Mikrozkumavky (2.0ml) - typ eppendorf Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 2,0.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. 50000 ks Trvá zadavatel na podmínce „sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem“? Běžně se dodávají Mikrozkumavky autoklávovatelné, případně DNA, RNA, endotoxin free. Tato možnost se většinou udává u Petriho misek (viz. dotaz ad5).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Pokud nebude dodržena podmínka „sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem“, pak je třeba, aby byly zkumavky dodávány: PCR clean, DNase free, RNase free a samozřejmě DNA free popř. jakýkoli vyšší stupeň čistoty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Pytle, autoklávodatelné Tepelně odolné, pevné sáčky pro odstraňování nebezpečných odpadů, které musí být nejprve autoklávodány. Může být také použit pro autoklávodání jiných materiálů PP, S indikační plochou, která změní vlastnosti po 20 min klávodání. autoklávodatelný až do 135 ° C, vysoce odolný proti roztržení a propíchnutí 5000 ks Sáčky se vyrábí v různých objemech. Jaký je předpokládáný cca objem sáčků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel požaduje objem pytlů 55l +-10l.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Víčko na 8-zkumavkové stripy (0,2)Plochá optická víčka na PCR stripy 0,2 pro PCR reakci; lze je použít ve většině termocyclerů; kompatibilní s PCR mikrozukumavkami (0.2ml, 8 jamek stripy) 12000 ks. Je nutné, aby víčka byla optická, pokud jsou stripy s těmito víčky používány pro běžné PCR reakce?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Není to nutné, zadavatel požaduje plast čirý, ale nemusí být optický.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Stříkačka Plastová, sterilní, 50 mL; pro filtrování roztoků 2000 ks; Stříkačka Plastová, sterilní, 5 mL; pro filtrování roztoků 2000 ks; Stříkačka Plastová, sterilní, 1 mL; pro filtrování roztoků 2000 ks; Stříkačka Plastová, sterilní, 10 mL; pro filtrování roztoků 2000 ks. Předpokládáme, že se jedná o stříkačky na které jsou nasazovány stříkačkové filtry. Chybí nám informace, zda má být stříkačka zakončena „Luer lock“? Poprosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ano, zadavatel požaduje zakončení „luer lock“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Centrifugační zkumavky typu "falcon" Centrifugační zkumavky 50 ml jsou sterilní a kuželovité. Jsou k dispozici jako samostatně stojící centrifugační zkumavky (soklové) a 50 ml zkumavky. Vyrobeny z vysoce kvalitního PP a mohou být autoklávodány při 121 ° C po dobu 20 minut. Vydržet odstředivací sílu až do 16 000 RCF. Velká psací plocha a jasné odstředivací značky. Bez pyrogenů 5000 ks. Není nám zcela jasné, zdali zadavatel požaduje zkumavky se soklem nebo bez soklu. Poprosíme o upřesnění nebo rozšíření na 2 samostatné položky. Dále bychom upozornili, že v případě zkumavek se soklem není

splnitelný požadavek 16 000 RCF. Vyrábějí se většinou do 7 až 10 000 RCF. Poprosíme o zvážení změny tohoto parametru v případě soklových zkumavek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel požaduje zkumavky (falkony) se soklem, které vydrží odstředivací sílu minimálně 9 000 RCF. U ostatních dvou položek falkon – 15 ml a 50ml kónické pak bude stačit maximální RCF minimálně 14 000 RCF.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Nástavec filtrační na injekční stříkačky filtrování roztoků; Pro filtraci ve vodě rozpustných oligomerních a polymerních látek, mimořádně vhodné pro biologické materiály, z hydrofilního acetátu celulózy s extrémně nízkou vazbou proteinů, Sterilní, individuálně balené., póry 20um. Standardní vstupní a výstupní konektory Luer. Volba membránových nebo skleněných mikrovláknenných filtračních médií. Vhodné pro filtraci biologických a HPLC vzorků. 2000. Měli bychom dotaz, jaký průměr filtrů zadavatel očekává? Další otázkou k této položce je, co měl zadavatel na mysli formulací „Volba membránových nebo skleněných mikrovláknenných filtračních médií? Ve většině případů se liší cena filtrů dle použité membrány.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

V původní technické specifikaci je administrativní chyba. Póry mají být 0.20μm, průměr požadujeme 25mm +/- 5mm, membránu Hydrofilní acetát celulózy. Požadavek „Volba membránových nebo skleněných mikrovláknenných filtračních médií“ zadavatel již nepožaduje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Na portále zadavatele je uvedeno, že nabídku je možné podat do 24. 9. 2019. V dokumentu „Zadávací dokumentace – opravená“ je uveden termín do 5. 9. 2019. Který termín pro podání nabídky je platný?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Vlivem administrativní chyby byl dříve uveřejněn formulář o změně lhůty pro podání nabídek nežli dokument „vysvětlení zadávací dokumentace II.“, kterým zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty. Vysvětlení zadávací dokumentace II. bylo na profilu zadavatele zveřejněno 3. 9. 2019.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

U položek 21-27 Špičky a položek 33-34 mikrozkušavky. Je v tabulce specifikace plnění – kalkulační model předpokládané požadované množství uvedeno správně?

21	ŠPIČKY 1000 ul bez filtru	Volně v sáčku. Špičky 50 - 1000 μl.; Rozsah [μl] 50 - 1000.; Délka [mm] 71. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	50000
22	ŠPIČKY 200 ul bez filtru	Volně v sáčku. Špičky 2 - 200 μl.; Rozsah [μl] 2 - 200.; Délka [mm] 53. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	100000
23	ŠPIČKY 10ul bez filtru	Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	480000
24	ŠPIČKY 1000ul s filtrem	Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	192000
25	ŠPIČKY 200ul s filtrem	Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	480000
26	ŠPIČKY 20ul s filtrem	Nízká retence; sterilní / PCR klín; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus	480000

33	Mikrozkumavky (1.5ml) - typ eppendorf	Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 1,5.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40.	50000
34	Mikrozkumavky (2.0ml) - typ eppendorf	Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 2,0.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40.	50000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Ano, předpokládané množství je správné, jedná se o odhad počtu kusů, ne balení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění – kalkulační model. Zadavatel do této upravené přílohy č. 4 zapracoval i předchozí vysvětlení/změny zadávací dokumentace. Účastník je povinen postupovat v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace a současně vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 uvedeným výše a vyplnit tuto novou opravenou přílohu č. 4 dle pokynů v zadávací dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Zadavatel v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 10. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze