

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 17. září 2019

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Charpyho kladivo pro testování prvků dřevěných konstrukcí – II.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Charpyho kladivo pro testování prvků dřevěných konstrukcí - II." V obecných požadavcích technické specifikace je uvedeno, že zařízení musí umožňovat provedení zkoušek podle normy ČSN 49 0117. Norma udává délku vzorku 300 mm s roztečí opěr 240 mm. Je tedy požadováno, aby se na zařízení zkoušely vzorky těchto rozměrů?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel požaduje, aby na zařízení bylo možné testovat zkušební tělesa o rozměrech 300 mm délka, při vzdálenosti podpěr 240 mm, jak předpisuje norma ČSN 49 0117. Zadavatel současně trvá na splnění všech požadavků předepsaných normou ČSN 49 0117.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze