

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY AUTOMATICKÝCH BODOVÝCH DENDROMETRŮ**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Musí být každý dendrometr vybaven vlastním dataloggerem, nebo se může připojit více dendrometrů (např. 4 ks) k jednomu dataloggeru?

Uvedená možnost podstatně ovlivní nabídkovou cenu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že každý dendrometr musí být schopen fungovat nezávisle na ostatních, takže každý dendrometr musí mít vlastní datalogger a varianta připojování více dendrometrů na jeden datalogger tak není pro zadavatele akceptovatelná.

V Praze dne 26. 9. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky