

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 2. března 2020

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Laboratorní nábytek do PTZ – III.“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve standardech jsou požadovány pracovní desky – vysokotlaký laminát jako soulep konstrukční desky s vysokotlakým laminátem tl. 4 mm, opatřený po obvodu plastovou narážecí hranou šedé barvy s okapovou hranou. Lze místo plastové narážecí hrany nabídnout plastovou ABS hranu o tloušťce 2 mm s okapovou hranou?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Toto navrhované řešení zadavatel nepřipouští, protože rozměrově neodpovídá požadavkům stanoveným ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr je u položky 7c uveden požadavek na hranu tl. 35 mm a u standardu 7d je požadována hrana se zvýšeným okrajem tl. 42 mm.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve standardech laboratorních digestoří požadujete přední bezpečnostní okno dělené, teleskopické dvoudílné manuálně výsuvné vertikálně. Lze nabídnout přední bezpečnostní okno nedělené, manuálně výsuvné vertikálně. Tato varianta má stejnou funkčnost při nižší ceně a menší možnosti vzniku závady do budoucna?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel nepřipouští nabízené řešení "neděleného bezpečnostního okna", manuálně výsuvného vertikálně. Takové plnění neodpovídá přesnému zadání dle výkazu výměr, položka 1a. Zadavatel požaduje u spodního okna z bezpečnostního skla i horizontální posuv.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze

