

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. dubna 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní přístroje do PTZ**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace v části a) laminární boxy. Ve specifikaci P12 a P55 uvádíte výšku zařízení 1500 mm. Předpokládáme, že se jedná o výšku orientační a hodnota 1545 mm bude pro zadavatele akceptovatelná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

U těchto položek je výška 1500 mm stanovena v zadávací dokumentaci jako výška maximální. Výška 1545 mm tedy není akceptovatelná a taková nabídka by nesplnila zadávací podmínky.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze