

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 6. května 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní přístroje do PTZ**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz k části b: V příloze 4b_Technické specifikace zadavatel požaduje u položky P17b inkubátor chlazený s vnitřní zásuvkou následující: Maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 600 x 800/650; Teplotní rozsah: teplotní rozsah -10 °C až +60 °C. S ohledem na splnění ostatních parametrů akceptuje zadavatel možnou dodávku přístroje s těmito parametry: Vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 585 x 642 / 784? Respektive nedošlo k prohození rozměrů? Teplotní rozsah: 0 °C (20 °C pod teplotu okolí) až +70 °C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry, tzn. Vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 585 x 642 / 784 a teplotní rozsah v rozmezí 0 °C až +70 °C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz k části b: Inkubátor P17a Bude zadavatel akceptovat kvalitu nerezové oceli podle ASTM 304 místo AISI 304, když oba typy splňují požadavky DIN 1.4301?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel akceptuje uvedenou kvalitu nerezové oceli.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz k části b: Inkubátor P17b. Nedošlo k administrativní chybě a prohození rozměrů hloubky za výšku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Viz vysvětlení ZD č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz k části b: P58 vodní lázeň Bude zadavatel akceptovat vnitřní rozměry 590 x 220 x 350 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano, zadavatel akceptuje tyto vnitřní rozměry.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz k části b: P3 mrazák. Bude zadavatel akceptovat výšku lednice 1864 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel neakceptuje tuto výši **mrazáku**. V zadávací dokumentaci je uveden maximální rozměr 1800 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 25. 5. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze