

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 14. května 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní přístroje do PTZ**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V části e Analytické přístroje jsou: a) u přístroje P66 Aw metr uvedeny tyto požadavky: 1. k dispozici přídavný prostor pro tepelnou předpřípravu dalšího vzorku. K bodu č.1 máme tuto připomínku: v současné době se již přestaly vyrábět typy přístrojů, které by měly k dispozici přídavný prostor pro tepelnou předpřípravu dalšího vzorku. Budete tedy akceptovat dodávku přístroje bez přídavného prostoru na předehřívání dalšího vzorku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Čidlo vlhkostní: rozsah měření minimálně 0,030 až 1,000 aw; přesnost alespoň $\pm 0,003$ aw; reprodukovatelnost alespoň $\pm 0,002$ aw; rozlišení alespoň 0,001aw K bodu č. 2 máme tuto připomínku: při zadávání parametru přesnosti vlhkostního čidla došlo pravděpodobně k omylu. Typ přístroje, který vyhovuje všem ostatním požadovaným parametrům, má přesnost maximálně $\pm 0,005$ aw. Budete akceptovat dodávku přístroje s přesností vlhkostního čidla $\pm 0,005$ aw?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel požaduje přesnost vlhkostního čidla minimálně $\pm 0,005$ aw.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

b) u přístroje P68 Přístroj na testování materiálu tlakem, uvedeny tyto požadavky: 1. Dráha příčnicku alespoň 890 mm. K tomuto požadavku máme tuto připomínku: jedná se o parametr, který byl u již nevyráběného typu. Dnešní hodnota dráhy příčnicku je 867 mm. Budete akceptovat dodávku přístroje s touto novou hodnotou dráhy příčnicku 850 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel požaduje dráhu příčnicku minimálně 850 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 1. 6. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze