

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 2. července 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístrojové vybavení pro výukové laboratoře FTZ pro sušení potravin a pro Real-Time PCR**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Bude dostačující, když temperovatelná pozice na modulu termomixeru bude mít teplotní rozsah od 15 °C pod teplotu okolí do 95 °C? Stabilita teploty je zajištěna Peltier články.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel připouští teplotní rozsah od 15 °C pod teplotu okolí do 95 °C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

477_Příloha č. 5b_Položkový rozpočet je uzamčená, nelze do ní vpisovat. Pokud tato příloha má být součástí nabídky, prosím o odemknutí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Přílohou tohoto vysvětlení ZD je odemčený položkový rozpočet – příloha č. 5b.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. 7. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze