

<div>Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7</div>	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6			
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6			
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	Ing. Vladimír Čapka	Ing. Vladimír Čapka	Ing. Vladimír Čapka	
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY M.Č. 3.13.	ČÍSLO ZAKÁZKY		0118	
	STUPEŇ		DVZ/DPS	
	POČET FORMÁTŮ		7 A4	
	DATUM		ÚNOR 2018	
	MĚŘITKO			
VÝKAZ VÝMĚR - PŘÍSTROJE	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
		D2.1.	PŘ	2

Kód	Položka	Přístroj	Počet kusů	Příslušnost	Místnost	umístění	rozměry šxhxv (mm)	elektro (230/400)	elektro (W)	voda	kanalizace	chlazení	odtah vzduchu	váha (kg)
1.1.1.3.35	1	Chlazená vysokorychlostní stolní centrifuga	1	G2	DP313	stůl	400 x 700 x 360	230 V	1,2	ne	ne	ne	ne	70
1.1.1.3.43	2	Termomixér s termobloky - bloková třepačka	1	G2	DP313	stůl	210 x 230 x 130	230 V	0,42	ne	ne	ne	ne	3
1.1.1.3.38	3	Třepací zařízení - rocker	1	G2	DP313	stůl	430 x 480 x 210	230 V	0,13	ne	ne	ne	ne	12
1.1.2.3.2.1 7	4	Minicentrifuga	4	G2	DP313	stůl	120 x 150 x 120	230 V	0,25	ne	ne	ne	ne	1
1.1.2.3.2.1 5	5	Vortex - třepačka na vzorky	5	G2/G1B	1xL023/4xDP313	stůl	140 x 160 x 170	230 V	0,18					2
1.1.2.3.2.1 6	6	Plochý nástavec na třepačku Vortex	3	G2/G1B	1xL023/2xDP313	Tato položka je soutěžena jako příslušenství k přístroji na ř. 6, nejedná se o samostatný přístroj.								0,1
1.1.2.3.2.1 4	7	Termostabilní inkubační box	1	G2	DP313	stůl	442 x 462 x 452	230 V	0,7	ne	ne	ne	ne	25
1.1.1.3.37	8	Vodní lázeň s kontrolou teploty	2	G2	DP313	stůl/podlaha pod stůl	307 x 200 x 264	230 V	0,4	ne	ne	ne	ne	6,5 + 5 (voda)
1.1.2.3.2.1 3	9	Ultrazvuková lázeň	1	G2	DP313	stůl/podlaha pod stůl	85 x 190 x 60	230 V	0,15	ne	ne	ne	ne	2
1.1.1.3.34	10	Sestava pro vertikální elektroforézu	1	G2	DP313	stůl	100 x 200 x 180	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
1.1.2.3.2.1 8	11	Jednotka pro elektroforézu	1	G2	DP313	stůl	120 x 160 x 180	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
1.1.1.3.39	12	Termocykler	1	G2	DP313	stůl	330 x 460 x 200	230 V	0,8	ne	ne	ne	ne	10
1.1.1.3.39	13	Elektrický zdroj pro elektroforézu	2	G2	DP313	stůl	210 x 245 x 65	230 V	0,075	ne	ne	ne	ne	1
1.1.1.3.39	14	Systém horizontální elektroforézy – formát „wide“	1	G2	DP313	stůl	178 x 255 x 68	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
1.1.1.3.39	15	Systém horizontální elektroforézy – formát „mini“	1	G2	DP313	stůl	92 x 255 x 56	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
1.1.2.3.2.1 0	16	Mikrovlnná trouba	1	G2	DP313	stůl	465 x 347 x 287	230 V	0,8	ne	ne	ne	ne	14
1.1.2.3.2.1 1	17	Mrazák pultový	1	G2	L021 sklad suterén	podlaha	cca 140 x 810 x 920	230 V	0,3	ne	ne	ne	ne	70
1.1.1.3.44	18	LEDNICE STÁVAJÍCÍ - NEBUDE DODÁVÁNA	1	G2	DP313	podlaha	600 x 610 x 1800	230 V	1,3	ne	ne	ne	ne	75
	19	LEDNICE S MRAZ. STÁVAJÍCÍ - NEBUDE DODÁVÁNA	1	G2	DP313	podlaha	600 x 615 x 2000	230 V	0,7	ne	ne	ne	ne	80
	20	pH metr	2	G2	DP313	stůl	202 x 140 x 127	230 V	0,2	ne	ne	ne	ne	0,25
	21	Ultrazvukový sonikátor/homogenizér	1	G2	DP313	stůl	210 x 350 x 150	230 V	0,02	ne	ne	ne	ne	2
	22	Míchačka magnetická s topením	2	G2	DP313	stůl	180 x 267 x 101	230 V	0,5	ne	ne	ne	ne	2
	23	Minicentrifuga pro PCR destičky	1	G2	DP313	stůl	230 x 260 x 197	230 V	0,3	ne	ne	ne	ne	4
	24	Autokláv vertikální	1	G2	DP313	podlaha	730 x 750 x 1200	230/380 V	6	ano studená	ano	ne	ne	100
	25	Laboratorní váha přesná - předvážka (0,01 g)	1	G2	DP313	stůl	196 x 320 x 320	230 V	0,1	ne	ne	ne	ne	5
	26	Laboratorní váha přesná - předvážka (0,001 g)	1	G2	DP313	stůl	196 x 320 x 100	230 V	0,1	ne	ne	ne	ne	5
	27	Mikrocentrifuga s ventilací	1	G2	DP313	stůl	cca 275 x 344 x 260	230 V	0,7	ne	ne	ne	ne	11,5
	28	3D třepačka	1	G2	DP313	stůl	cca 330 x 330 x 200	230 V	0,05	ne	ne	ne	ne	2
	29	Biohazard box s UV zářením	1	G1B	DP313	podlaha	max. 1050 x 850 x 2000	230 V	0,2	ne	ne	ne	ne	170
	30	Inkubátor buněčných kultur	1	G1B	DP313	podlaha/pod stůl	620 x 730 x 950	230 V	0,4	ne	ne	ne	ne	80
	31	Inkubátor buněčných kultur s funkcí třepání/míchání	1	G1B	DP314	podlaha/pod stůl	510 x 650 x 500	230 V	0,45	ne	ne	ne	ne	55
	32	Centrifuga	1	G1B	L024	stůl	320 x 400 x 240	230 V	0,2	ne	ne	ne	ne	20
	33	Myčka nádobí	1	G1B	L021 sklad suterén	podlaha	600 x 600 x 850	230 V	0,85	ano, studená	ne	ne	ne	43
	34	Lednice s mrazákem II	2	G1B	(lab. elektrofyziologie)	podlaha	600 x 657 x 1860	230 V	0,3	ne	ne	ne	ne	66
	35	Úpravna vody+výrobník demivody	2	G2	DP313	stěna	prostor cca 1000x1000	230 V	0,6	ano	ano	ne	ne	66

Barva přístrojů	Skupina přístrojů
	Přístroje pro molekulární biologii
	Centrifugy, míchačky a vortexy
	Inkubace vzorků
	Laminární box
	Příprava a skladování vzorků