

Technická specifikace

Texturometr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

TEXTUROMETR	vyplní účastník Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)
Stolní provedení	
Pohyblivé rameno a pravoúhlá základna přístroje	
USB výstup	
Výměnný siloměr 0 – 5000 ± 5% g	
Set základních měřících sond typu řezací drát, válcová, kulová a kuželová sonda, nožové ostří a jehla	