

Technická specifikace

Reometr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

REOMETR	vyplní účastník Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)
Stolní provedení	
Umožňuje měření potravinářských materiálů	
Přístroj musí být dodán se softwarem umožňujícím ovládání přístroje, nastavení parametrů měření a zobrazení naměřených výsledků	
Možnost spojení s PC	
USB výstup	
Měřicí geometrie typu souosé válce, deska - deska, vrtulové rotory	
Možnost rozšíření měření o oscilace v rozsahu frekvence 0,1 - 20 Hz $\pm$ 5%	
Možnost rozšíření o držák originálních nádob	
Absolutní měření viskozity v rozsahu otáček nejméně 0,01 - 1500 za minutu	