

<div>Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7</div>	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/71		
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing. Vladimír Čapka	Ing. arch. Vít Svoboda	Ing. arch. Vít Svoboda
NÁZEV AKCE HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON ZMĚNA VYBAVENÍ LABORATOŘÍ HT004,HT005,HT115	ČÍSLO ZAKÁZKY		0324
	STUPEŇ		DPS
	POČET FORMÁTŮ		3 A4
	DATUM		ČERVEN 2024
	MĚŘITKO		
TECHNICKÁ ZPRÁVA	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE Č.PŘÍLOHY
		D.2.1.	PŘ 01

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-PŘÍSTROJE

Základem pro zpracování této dokumentace bylo zadání investora, který předal specifikace jednotlivých přístrojů a technologického vybavení a požadavky na jejich prostorové umístění v jednotlivých laboratořích.

Společně s investorem byly zpracovány Tabulky přístrojů a zařízení - stávající stav dotčených laboratoří HT004, HT005 a HT115 ve kterých je podrobná specifikace technických parametrů jednotlivých přístrojů. Současně byly tyto přístroje zakresleny do výkresů stávajícího stavu.

V příloze **č. 02 Půdorys1.PP – HT 004, HT 005** - stávající stav, zakresleny stávající přístroje s vyznačením jednotlivých položek.

V příloze **č. 03 Půdorys1.NP – HT 115** - stávající stav, zakresleny stávající přístroje s vyznačením jednotlivých položek.

Pro změnu vybavení řešených laboratoří investor spolu se zpracovatelem sestavili Tabulky přístrojů a zařízení – nový stav s podrobnou specifikací požadavků na připojení přístrojů - voda, kanalizace, elektro, data, VZT atd.

V příloze **č. 04 Půdorys1.PP – HT 004, HT 005** - nový stav, zakresleny stávající přístroje s vyznačením jednotlivých položek.

V příloze **č. 05 Půdorys1.NP – HT 115** - nový stav, zakresleny stávající přístroje s vyznačením jednotlivých položek.

Zhotovitel provedl prostorové rozvržení a zakreslení přístrojů a vybavení do půdorysů laboratoří. Připojovací požadavky byly v projektové dokumentaci zohledněny podle předané specifikace objednatelem a konzultací s ním i potenciálními dodavateli. Dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována s pracovním týmem zastupujícím investora, konečné řešení bylo odsouhlaseno a zapracováno do této dokumentace.

Specifikace jednotlivých přístrojů a technologického vybavení a jejich prostorové uspořádání plně respektuje zadání objednatele, který předal zhotoviteli seznam přístrojů a požadavky na umístění do jednotlivých místností.

Zhotovitel tedy neprováděl výběr a návrh přístrojů a vybavení pro jednotlivé katedry a místnosti.

Po výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých zařízení bude třeba jednoznačně upřesnit jednotlivé přístroje, protože každý přístroj či zařízení vyžaduje zcela specifické podmínky pro provoz a napojení.

Veškeré přístroje a vybavení musí splňovat platné tuzemské a evropské normy.