

Laboratorní zařízení pro nanášení lepidla + příslušenství

Použití přístroje:

Nanášení lepidla a dalších komponent na třísku nebo dřevní vlákno pro laboratorní výrobu desek na bázi dřeva.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- zařízení musí umožnit konstantní a homogenní přípravu namíchané směsi

Požadavky na technické provedení:

Laboratorní zařízení pro nanášení lepidla:

- minimální objem připravené směsi 250 dm³
- dávkování minimálně třech komponent v jednom cyklu
- dávkování komponent pomocí trysek
- Přístroj musí být konstruován na napájení 400 V / 50 Hz

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- ochrana proti přetížení a přehřátí stroje
- alarmy, resp. vypnutí přístroje při nedosažitelnosti nastavených parametrů
- přístroj musí být konstruován tak, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy.