

Písemná zpráva zadavatele

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka

Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

IČ: 60460709

Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD II

Část 1 Laboratorní přístroje a zařízení

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je pořízení nových přesných laboratorních a měřících přístrojů.
Předmětem veřejné zakázky (její příslušné části č. 1) je:
Dodávka následujících Laboratorních přístrojů a zařízení:
1.Výrobníku ledu CPV 38000000-5, 42513100-6
2.Vortexu CPV 38436000-0
3.Vodní lázně CPV 31710000-6
4.Třepacího inkubátoru + nástavce CPV 38000000-5, 33152000-0, 38436000-0
5.Termokamery s příslušenstvím CPV 38300000-8, 38931000-0, 38400000-9
6.Digitálního svinovacího metru CPV 38410000-2, 38300000-8, 38550000-5
7.Sušárny laboratorní CPV 38000000-5, 42991400-3
8.Sady pipet (5x) CPV 38437100-8, 38437000-7
9.pH metru (2x) CPV 38416000-4, 38410000-2
10.Mrazáku pro laboratorní účely (2x) CPV 38000000-5, 42513100-6
11.Mrazáku - 80°C CPV 38000000-5, 42513100-6
12.Monitorovacího systému (monitorovací systém prostředí v laboratoři) CPV 38300000-8, 38900000-4
13.Mikrovlnné trouby CPV 31711422-7, 31710000-6
14.Měřiče teploty s příslušenstvím (bezkontaktní měřič teploty) CPV 38300000-8, 38931000-0, 38400000-9
15.Magnetického míchadla s ohřevem CPV 38436000-0
16.Ledničky + 4°C (2x) CPV 38000000-5, 42513200-7
17.Laboratorních vah velmi přesných CPV 42923200-4, 38300000-8
18.Laboratorních vah přesných CPV 42923200-4, 38300000-8
19. Laboratorních předvážek (vybavení pro přípravu roztoků a směsí) CPV 42923200-4, 38300000-8
20.Laboratorního mrazíčního boxu CPV 42513100-6
21.Laboratorních kádinek a běžně používaného laboratorního skla CPV 33793000-5, 38550000-5
22.Konduktometru CPV 38410000-2, 38300000-8
23.Klimatizační komory CPV 39717200-3
24.Digitálního přístroje pro měření vlhkosti a teploty vzduchu CPV 38932000-7, 38930000-3, 38300000-8

25. Digestoře CPV 38000000-5, 39141500-7
26. Přístroje na výrobu čisté vody a přístroje na výrobu ultračisté vody CPV 65121000-7
27. Autoklávu vertikál a horizont + příslušenství (sterilizace) CPV 33191110-9
28. Analytických vah s interní automatickou kalibrací CPV 42923200-4, 38300000-8
29. Analytických vah (2x) CPV 38000000-5, 42923200-4, 38300000-8
30. Laboratorních analytických vah nanovláknem + příslušenství CPV 42923200-4, 38300000-8, včetně příslušenství, zabezpečení instalace přístrojů, jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zabezpečení záručního i pozáručního servisu.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Zvolené zadávací řízení:

otevřené řízení dle § 27 zákona

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
Právní forma:	---
IČ:	---

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČ:	---

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
Právní forma:	---
IČ:	---
Nabídková cena v Kč bez DPH:	---

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nabídka č. 1	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VWR International s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	č.p. 442, Stříbrná Skalice 281 67
IČ:	63073242
Odůvodnění vyloučení:	Zadavatel je povinen dle ustanovení § 71 odst. 9 zákona vyloučit bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena. Zadavatel požadoval v odst. 11.4. zadávací dokumentace, aby nabídka byla zpracována v českém jazyce. Uchazeč předložil nabídku, jejíž některé části jsou zpracovány v jazyce anglickém. Hodnotící komise tak dle ustanovení § 71 odst. 7 písm. a) zákona zjistila, že nabídka nebyla zpracována v požadovaném jazyce. Hodnotící komise dle § 71 odst. 9 zákona a výlučně s odkazem na ustálenou rozhodovací praxi Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (viz např. rozhodnutí čj. ÚOHS –S373/2013/VZ-20116/2013/512/Pdr, nebo čj. ÚOHS-S0375/2015/VZ-23834/2015/521/ZKu) nabídku uchazeče vyřadila, neboť nevyhověla požadavkům dle § 71 odst. 7 zákona. Zadavatel následně rozhodl dle ustanovení § 71 odst. 9 zákona o vyloučení uchazeče.
Nabídka č. 2:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	HOSPIMED, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Malešická 2251/51, Praha 3
IČ:	00676853
Odůvodnění vyloučení:	Zadavatel v technické specifikaci k části 1 přístroj 1.5 – Termokamera s příslušenstvím uvedl následující požadavky: "objektiv min.32° x 23°". Hodnotící komise v rámci posouzení nabídky uchazeče zjistila, že v technickém listu přístroje 1.5 - Termokamera s příslušenstvím, který je součástí jeho nabídky, výrobce Testo, typ Testo 885-2, F1, H1, I1, E1, D1, V1 uvedl u standardního objektivu parametry 30° x 23°, přičemž v závazné technické specifikaci, která je rovněž součástí nabídky, je uvedeno: objektiv min. 32° x 23°. Vzhledem k uvedenému hodnotící komise vyzvala uchazeče výzvou doručenou uchazeči dne 14.10.2015 k písemnému objasnění výše uvedeného rozporu mezi v nabídce uváděnými údaji a k vyjádření, zdali nabízený přístroj výrobce Testo, typ Testo 885-2, F1, H1, I1, E1, D1, V1 skutečně splňuje požadavky zadavatele uvedené

	v technické specifikaci, zejména co do shora uvedených technických požadavků týkajících se požadovaných parametrů objektivu. Na výzvu hodnotící komise bylo uchazečem reagováno vyjádřením doručeným dne 19.10.2015. V zaslaném vyjádření bylo potvrzeno, že nabízený přístroj má objektiv s parametry 30°x 23°. Hodnotící komise zjistila z vyjádření uchazeče, že přístroj Termokamera výrobce Testo, typ Testo 885-2, F1, H1, I1, E1, D1, V1, který uchazeč nabízí, nevyhovuje požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci, a to konkrétně požadavku zadavatele na objektiv min. 32°x 23°. Jelikož hodnotící komise v rámci své činnosti shledala, že nabídka uchazeče nevyhovuje požadavkům zadavatele stanoveným v zadávacích podmínkách, nemohla postupovat jinak, než nabídku dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona vyřadit. Zadavatel pak s ohledem na povinnost dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona rozhodl dne 20.10.2015 o vyloučení tohoto uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.
--	--

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77 zákona, pokud došlo k takovému vyloučení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČ:	---
Odůvodnění vyloučení:	---

8. Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:
Dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona: byly z účasti zadávacím řízením vyloučeny všichni dodavatelé. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel dvě nabídky, obě nabídky byly vyřazeny a uchazeči, které tyto nabídky podali, byli následně vyloučeni.